

ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII
UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAȚI



UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAȚI	
Nr. înregistrare	14369
Data intrării/ieșirii	15.06.2020

Răspuns la solicitarea de clarificare

La invitația de participare nr. 14077 din data de 11.06.2020 privind achiziția de „*Aparatură de laborator în cadrul Proiectului 10 PCCDI/2018*” au fost solicitate următoarele clarificări:

Întrebare 1:


Pentru lotul 2 – Congelator orizontal pentru temperaturi ultra-scazute – se solicita in specificatia tehnica: “Include 20 containere capacitate 24 si 40 containere capacitate 50”

Va rugam sa specificati ce dimensiuni trebuie sa aiba containerele solicitate, pentru ce tipuri de criotuburi se utilizeaza, din ce material sunt fabricate sau orice alta informatie care sa clarifice cerinta solicitata in caietul de sarcini.

Răspuns:

Congelatorul orizontal pentru temperaturi ultra-scazute include 20 sticle gradate din polipropilena cu capac filetat, diametrul interior al gâtului 24 mm, volum 100 ml și 40 tuburi gradate din polipropilenă cu capac filetat, fund conic, volum 50 ml

RECTOR,
Prof. Univ. Dr. Ing. Puiu Lucian GEORGESCU



Întocmit,
Prof. dr. ing. Gabriela Răpeanu