


INVITAȚIE



Prin prezenta, vă aducem la cunoștință că, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați este interesată să achiziționeze **„Servicii de verificare, mentenanță și reparare a aparatelor din cadrul Centrului Universitar de Fizio-kinetoterapie și recuperare medicală” din sediul str.Gării nr.61-63**, și vă invităm să depuneți oferta tehnică și financiară, având în vedere următoarele:

1. Denumirea autorității contractante: Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Cod de identificare: 3127522
Adresa: Str. Domnească Nr. 47, Galați, România
Telefon: 0236419177
Fax: 0236419177
2. Denumire invitație: **„Servicii de verificare, mentenanță și reparare a aparatelor din cadrul Centrului Universitar de Fizio-kinetoterapie și recuperare medicală” din sediul str.Gării nr.61-63** conform caietului de sarcini.
3. Modalitatea de desfășurare: achiziție directă
4. Pentru depunerea ofertei se vor completa formularele atașate prezentei invitații.
5. Împărțirea pe lot-uri: **nu**.
6. Valoarea estimată **112032** lei fara TVA
7. Criteriu de atribuire: prețul cel mai scăzut.
8. Cod CPV: 98300000-6
9. Tip contract: servicii.
10. Obiectul contractului: **„Servicii de verificare, mentenanță și reparare a aparatelor din cadrul Centrului Universitar de Fizio-kinetoterapie și recuperare medicală” din sediul str.Gării nr.61-63**.
11. Data limită de depunere a ofertelor: 30.09.2015, Ora 14:00
12. Adresa la care se transmit ofertele: Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, Str. Domnească nr. 47, Galați, România, cod poștal 800008, Registratură sau la adresa de e-mail mihai.irimia@ugal.ro
13. Limba de redactare a ofertei: Română.



14. Tip de finanțare și modalitate de plată: plata se face în termen de maxim 30 zile, de la prestarea serviciilor și semnarea procesului verbal de recepție a acestora, în contul contractantului deschis la Trezoreria statului.
15. Moneda în care se transmite oferta de preț: lei.
16. Modul de obținere a documentației: atașat invitației.
17. Persoana de contact: Mihai Aurelian Irimia, tel. 0336130115, e-mail: mihai.irimia@ugal.ro
18. În eventualitatea în care oferta dumneavoastră corespunde din punct de vedere al solicitărilor din caietul de sarcini, se încadrează în valoarea estimată precizată în invitație și este clasată pe primul loc, achiziția se va finaliza prin cumpărare directă.
19. Vă rugăm să confirmați primirea prezentei invitații, la numărul de fax 0236419177 sau la adresa de e-mail: mihai.irimia@ugal.ro.

/Rector,

Prof. Univ. Dr. Ing. Habil. Marian BARBU




Director Interimar Directia Achiziții Publice și Tehnic,
Ec. Marian DĂNĂILĂ

Întocmit,

Mihai Aurelian IRIMIA



SE APROBĂ,
RECTOR
Prof. univ. dr. ing. Valeriu Marian Barbu



CAIET DE SARCINI

1. OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați își propune să achiziționeze „Servicii de verificare, mentenanță și reparare a aparatelor din cadrul Centrului Universitar de Fizio-kinetoterapie și recuperare medicală” din sediul str.Gării nr.61-63.

2. CERINȚE GENERALE

Caietul de Sarcini – face parte din documentația de atribuire și constituie ansamblul cerințelor pe bază cărora se elaborează de către fiecare ofertant oferata.

În acest sens orice ofertă prezentată va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care aceasta se înscrie în limitele cerințelor din Caietul de Sarcini. Ofertarea care nu răspunde cerințelor prevăzute în Caietul de Sarcini atrage descalificarea ofertantului.

Prevederile și cerințele Caietului de Sarcini au caracter obligatoriu și nu vor exonera ofertantul câștigător de răspunderea de a asigura calitatea serviciilor prestate, prin efectuarea verificărilor necesare sau care sunt prevăzute în standardele și normale în vigoare, privind testarea calității serviciilor.

Se interzice indicarea în documentații a unor specificații tehnice care desemnează procedee speciale ce pot duce la favorizarea sau eliminarea unuia sau mai mulți ofertanți. O astfel de indicație va fi admisă numai cu mențiunea “sau echivalent”.

În aceste condiții se vor indica doar caracteristici tehnice ale lucrărilor și serviciilor ce urmează a fi prestate.

Cerințele impuse prin prezentul caiet de sarcini sunt considerate ca fiind minimale.

În acest sens, orice ofertă prezentată care se abate de la prevederile caietului de sarcini, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minimale din caietul de sarcini.

Toate cerințele solicitate în caietul de sarcini sunt obligatorii. Nerespectarea în totalitate a acestora va conduce la declararea ofertei ca fiind neconformă.

3. DESCRIEREA SERVICIILOR:

Aparatura din cadrul unității, din sălile de recuperare, se regăsește în tabelele următoare :



LISTA INVENTAR A018

Nr.crt	Denumire	Nr.inventar	Nr.buc	Verificare, întreținere și mentenanță
1.	Aparat terapie Shockwave (Aparat shockwave CHATTANOOGA)	351509	1	Verificare aparatură; Înlocuire kit balistic în funcție de caz. Testare parametric și măsurare cu Echipament de măsură și monitorizare avizat. Verificare electrosecuritate.
2.	Aparat limfomasaj (BOA2 Max)	20943	1	Verificare aparatură;
3.	Sistem tracțiuni cu accesorii (Bobath Chinesport)	20616	1	Verificare aparatură; Testare parametric și măsurare cu Echipament de măsură și monitorizare avizat. Verificare electrosecuritate.
4.	Aparat pentru crioterapie	20946	1	Verificare aparatură;
5.	Canapea electrică EASY 1 motor cu spatar rabatabil	20965	1	Verificare aparatură; Curățare completă mecanică: - cârpă; - soluție de curățare; Testare parametric și măsurare cu Echipament de măsură și monitorizare avizat. Verificare electrosecuritate.
6.	Unitate laserterapie, POLARIS HP S	353538	1	Verificare aparatură;
7.	Combin terapie PHYSIOGO 300A	353540	1	Verificare aparatură;
8.	Aparat Electroterapie I-TECH PHYSIO	y352325194	1	Verificare aparatură;
9.	Aparat Terapia cu DEEP OSCILATION	20955	1	Verificare aparatură;

LISTA DE INVENTAR A019

Nr.crt	Denumire	Nr.inventar	Nr.buc	Verificare, întreținere și mentenanță
1.	Aparat recuperare picior (RIMEC FISIOTEK 2000T)	20615	1	Verificare aparatură; Înlocuire kit balistic în funcție de caz. Testare parametric și măsurare cu Echipament de măsură și monitorizare avizat.



				Verificare electrosecuritate.
2.	Sistem pentru deplasarea și posturare pentru persoane invalide 63-93 cm	20619	1	Verificare aparatură; Curățare completă mecanică
3.	Sistem pentru deplasare și posturare pentru persoane invalide 85-110 cm	20620	1	Verificare aparatură; Curățare completă mecanică
4.	Aparat multifunctional Horizon Torus 3	20953	1	Verificare aparatură; Curățare completă mecanică: - cârpă; - soluție de curățare; - verificare rulmenți, unși cu ulei sau îndepărtat uleiul dacă este prelins pe lângă.
5.	Canapea electrică EASY 1 motor cu spatar rabatabil	20964	1	Verificare aparatură; Curățare completă mecanică: - cârpă; - soluție de curățare; Testare parametric și măsurare cu Echipament de măsură și monitorizare avizat. Verificare electrosecuritate.
6.	Canapea electrică EASY 1 motor cu spatar rabatabil	20966	1	Verificare aparatură; Curățare completă mecanică: - cârpă; - soluție de curățare; Testare parametric și măsurare cu Echipament de măsură și monitorizare avizat. Verificare electrosecuritate.
7.	Bicicleta Hammer CleverFold RC5, franare magnetica, volanta 8 kg	y9007082	3	Verificare aparatură; Curățare completă mecanică: - cârpă; - soluție de curățare; Testare parametric și măsurare cu Echipament de măsură și monitorizare avizat. Verificare electrosecuritate.



LISTA DE INVENTAR A020

LISTA INVENTAR SALA FORTA-FITNESS

Nr.crt	Denumire	Nr.inventar	Nr.buc	Verificare, întreținere și mentenanță
1.	Aparat fesieri (adductie/abductie)	350712	1	Verificare aparatură; Curățare completă mecanică: - cârpă; - soluție de curățare; - verificare rulmenți, unși cu ulei sau îndepărtat uleiul dacă este prelins pe lângă.
2.	Aparat flexii picioare din culcat	350705	1	Verificare aparatură; Curățare completă mecanică: - cârpă; - soluție de curățare; - verificare rulmenți, unși cu ulei sau îndepărtat uleiul dacă este prelins pe lângă.
3.	Aparat gambe	350710	1	Verificare aparatură; Curățare completă mecanică: - cârpă; - soluție de curățare; - verificare rulmenți, unși cu ulei sau îndepărtat uleiul dacă este prelins pe lângă.
4.	Aparat impins orizontal combinat a20	350707	1	Verificare aparatură; Curățare completă mecanică: - cârpă; - soluție de curățare; - verificare rulmenți, unși cu ulei sau îndepărtat uleiul dacă este prelins pe lângă.
5.	Aparat impins vertical combinat a21	350708	1	Verificare aparatură; Curățare completă mecanică: - cârpă; - soluție de curățare; - verificare rulmenți, unși cu ulei sau îndepărtat uleiul dacă este prelins pe lângă.
6.	Aparat tractiuni și flotari la paralele	350706	1	Verificare aparatură; Curățare completă mecanică: - cârpă; - soluție de curățare;



				- verificare rulmenți, unși cu ulei sau îndepărtat uleiul dacă este prelins pe lângă.
7.	Aparat triceps	350709	1	Verificare aparatură; Curățare completă mecanică: - cârpă; - soluție de curățare; - verificare rulmenți, unși cu ulei sau îndepărtat uleiul dacă este prelins pe lângă.
8.	Banca pt.impins din culcat orizontal	OI 350716	2	Verificare aparatură; Curățare completă mecanică: - cârpă; - soluție de curățare; - verificare rulmenți, unși cu ulei sau îndepărtat uleiul dacă este prelins pe lângă.
9.	Banca pt.impins vertical	OI 350718	2	Verificare aparatură; Curățare completă mecanică: - cârpă; - soluție de curățare; - verificare rulmenți, unși cu ulei sau îndepărtat uleiul dacă este prelins pe lângă.
10.	Cadru pt.impins independ.cu suport	350715	1	Verificare aparatură; Curățare completă mecanică: - cârpă; - soluție de curățare; - verificare rulmenți, unși cu ulei sau îndepărtat uleiul dacă este prelins pe lângă.
11.	Presa pt.picioare la 45	350711	1	Verificare aparatură; Curățare completă mecanică: - cârpă; - soluție de curățare; - verificare rulmenți, unși cu ulei sau îndepărtat uleiul dacă este prelins pe lângă.
12.	Suport abdomen inf. flotari la paralele	OI 350713	2	Verificare aparatură; Curățare completă mecanică: - cârpă; - soluție de curățare; - verificare rulmenți, unși cu ulei sau îndepărtat uleiul dacă este prelins pe lângă.
14.	Banda de alergare (KETTLER)	20944	1	Verificare aparatură; Curățare completă mecanică:



				- cârpă; - soluție de curățare; Testare parametric și măsurare cu Echipament de măsură și monitorizare avizat. Verificare electrosecuritate.
15.	Bandă de alergare (KETTLER)	20945	1	Verificare aparatură; Curățare completă mecanică: - cârpă; - soluție de curățare; Testare parametric și măsurare cu Echipament de măsură și monitorizare avizat. Verificare electrosecuritate.

LISTA DE INVENTAR HOL FITNESS

Nr.crt	Denumire	Nr.inventar	Nr.buc	Verificare, întreținere și mentenanță
1.	Placa vibranta pt recuperare medicala/ wellness/sp. (Fitvib ExcelPro)	351430	1	Verificare aparatură; Curățare completă mecanică: - cârpă; - soluție de curățare; Testare parametric și măsurare cu Echipament de măsură și monitorizare avizat. Verificare electrosecuritate.
2.	Bicicleta verticala Cycle P Kettler	b584	2	Verificare aparatură; Curățare completă mecanică: - cârpă; - soluție de curățare; Testare parametric și măsurare cu Echipament de măsură și monitorizare avizat. Verificare electrosecuritate.
3.	Bicicleta verticala Cycle P Kettler	b585	1	Verificare aparatură; Curățare completă mecanică: - cârpă; - soluție de curățare; Testare parametric și măsurare cu Echipament de măsură și monitorizare avizat. Verificare electrosecuritate.
4.	Bicicleta orizontala Techfit R410	b724	2	Verificare aparatură; Curățare completă mecanică:



				- cârpă; - soluție de curățare; Testare parametric și măsurare cu Echipament de măsură și monitorizare avizat. Verificare electrosecuritate.
5.	Bicicleta Hammer CleverFold RC5, franare magnetica, volanta 8 kg	y9007082	3	Verificare aparatură; Curățare completă mecanică: - cârpă; - soluție de curățare; Testare parametric și măsurare cu Echipament de măsură și monitorizare avizat. Verificare electrosecuritate.
6.	Aparat pentru vâslit canotaj sport Incepatori Intermediari Avansati Expert RW2000	y9007963	1	Verificare aparatură; Curățare completă mecanică: - cârpă; - soluție de curățare; Testare parametric și măsurare cu Echipament de măsură și monitorizare avizat.
7.	Bicicleta pentru fitness recuperare sport exercitii Zipro Vision	y9007964	2	Verificare aparatură; Curățare completă mecanică: - cârpă; - soluție de curățare; Testare parametric și măsurare cu Echipament de măsură și monitorizare avizat. Verificare electrosecuritate.
8.	Aparat de vâslit HMS ZP6591 cu rezistenta pe baza	y9007440	1	Verificare aparatură; Curățare completă mecanică: - cârpă; - soluție de curățare; Testare parametric și măsurare cu Echipament de măsură și monitorizare avizat.
9.	BICICLETA ELIPTICA	y9007156	2	Verificare aparatură; Curățare completă mecanică: - cârpă; - soluție de curățare; Testare parametric și măsurare cu Echipament de măsură și monitorizare avizat.



LISTA DE INVENTAR SALA DE EVALUARE

Nr.crt	Denumire	Nr.inventar	Nr. buc	Verificare și mentenanță
1.	Aparat bioimpedanta corporala (In Body 720)	351429	1	Verificare aparatură;
2.	Platform baropodomtric, FreeMed (180x50 cm)	353535	1	Verificare aparatură;
3.	Podoscop 3D	353542	1	Verificare aparatură;
4.	Negatoscop slim simplu	y9007382	1	Verificare aparatură;
5.	Camera HD, usb, cu trepied	c1464	1	Verificare aparatură

LISTA DE INVENTAR SALA MASAJ

Nr.crt	Denumire	Nr.inventar	Nr. buc	Verificare, întreținere și mentenanță
1.	Masa tratament (Huntleigh HEALTHCARE)	64743	1	Verificare aparatură; Testare parametric și măsurare cu Echipament de măsură și monitorizare avizat. Verificare electrosecuritate.
2.	Masa tratament (Huntleigh HEALTHCARE)	64744	1	Verificare aparatură; Testare parametric și măsurare cu Echipament de măsură și monitorizare avizat. Verificare electrosecuritate.
3.	Masa tratament (Huntleigh HEALTHCARE)	64737	1	Verificare aparatură; Testare parametric și măsurare cu Echipament de măsură și monitorizare avizat. Verificare electrosecuritate.
4.	Masa masaj 68x195 cm (MedicalStar CHINESPORT)	351503	1	Verificare aparatură; Înlocuire kit balistic în funcție de caz. Testare parametric și măsurare cu Echipament de măsură și monitorizare avizat. Verificare electrosecuritate.
5.	Masa masaj 68x195 cm (MedicalStar CHINESPORT)	351504	1	Verificare aparatură; Testare parametric și măsurare cu Echipament de măsură și monitorizare avizat. Verificare electrosecuritate.



LISTA INVENTAR HOL FIZIO

Nr.crt	Denumire	Nr.inventar	Nr.buc	Verificare, întreținere și mentenanță
1.	Aparat adductor si abductor	20971	1	Verificare aparatură; Curățare completă mecanică: - cârpă; - soluție de curățare; - verificare rulmenți, unși cu ulei sau îndepărtat uleiul dacă este prelins pe lângă.
2.	Aparat extensii picioare dublu independent	20969	1	Verificare aparatură; Curățare completă mecanică: - cârpă; - soluție de curățare; - verificare rulmenți, unși cu ulei sau îndepărtat uleiul dacă este prelins pe lângă.
3.	Aparat flexii picioare din culcat	20970	1	Verificare aparatură; Curățare completă mecanică: - cârpă; - soluție de curățare; - verificare rulmenți, unși cu ulei sau îndepărtat uleiul dacă este prelins pe lângă.
4.	Unitate magnetoterapie cu doua canale, PhysiMG 827	353539	1	Verificare aparatură;
5.	Aparat de recuperare mana cu accesorii (RIMEC FISIOTEK HP2)	20614	1	Verificare aparatură; Înlocuire kit balistic în funcție de caz. Testare parametric și măsurare cu Echipament de măsură și monitorizare avizat. Verificare electrosecuritate.

TOTAL 65 APARATE

Prestatorul trebuie să execute serviciile de verificare, mentenanță și reparare, conform instrucțiunilor date de producător în documentația tehnică a aparatelor .

Aceste servicii, conform tabelelor de mai sus, constau în funcție de caz, în:

- înlocuire kit balistic, pentru anumite tipuri de aparate,
- folosirea unui „Echipament de măsurare și monitorizare” avizat, pentru testarea anumitor parametri,
- verificare electrosecuritate,
- curățare completă, mecanică cu cârpă și soluție de curățare,
- verificarea funcționării rulmenților, ungerea acestora și îndepărtarea petelor de ulei și/sau de vasilină,
- înlocuirea oricărui element fisurat, distrus, sau lipsă din aparatură.



Serviciile de verificare, mentenanță și reparare a echipamentelor, vor fi în conformitate cu Ordinul nr. 308/2015 privind controlul prin verificare periodică a dispozitivelor medicale puse în funcțiune și aflate în utilizare.

Necesarul de servicii include două revizii pentru verificare și mentenanța tuturor aparatelor din cadrul centrului, maximum 3 intervenții de urgență în maxim 72 de ore, gratuite, pe perioada a 12 luni de contract.

Pentru aceasta, se va întocmi un grafic de lucrări cu datele de lucru.

Serviciile se efectuează de către personal specializat.

Prestatorul răspunde pentru calitatea serviciilor prestate, persoana juridică achizitoare fiind în drept să solicite prestarea gratuită a serviciilor efectuate necorespunzător.

Dacă beneficiarul a constatat că în mod repetat contractantul nu respectă condițiile standardelor de calitate a serviciilor oferite, precum și în situația nerespectării graficului stabilit, de prestare a serviciilor, contractul de achiziție poate fi reziliat unilateral la inițiativa autorității contractante.

Intervențiile ce includ înlocuiri de piese și subansamble, se vor efectua după ce prestatorul va prezenta autorității contractante, un raport de service ce va menționa piesele defecte și valoarea înlocuirii acestora. Serviciul se va executa de către prestator, **după primirea comenzii ferme din partea autorității contractante.**

Piesele de schimb se asigură de către prestator, urmând a fi facturate separat de valoarea contractului de service, la prețul de achiziție al acestora.

Fiecare intervenție la aparat va fi urmată de eliberarea unui raport de service, vizat și de beneficiar.

Activitatea de service și reparare se va desfășura la sediul autorității contractante.

Facturile emise vor avea atașate obligatoriu rapoartele de service eliberate pe fiecare aparat în care se vor specifica lucrările efectuate și piesele de schimb montate pe aparat (daca este cazul).

Specificăm faptul ca pentru perioada 2025-2026, exista disponibili 5042 lei fără TVA, pentru reparatii accidentale, conform referatului aprobat în anul 2024. Această sumă reprezintă contravaloarea pieselor de schimb și a manoperei aferente și nu se va modifica. Aceste cheltuieli reprezintă sume maxime fixe estimate și stabilite de către autoritatea contractantă și vor fi accesate numai în cazurile menționate în cadrul caietului de sarcini.

4. TERMENE DE EXECUȚIE ȘI CALITATE

Serviciile de verificare și mentenanță a aparatelor din cadrul Centrului Universitar de Fizio-kinetoterapie și recuperare medicală din sediul str. Gării nr.61-63, vor fi prestate conform detaliilor din tabelele de la pct. 3, în perioada: de la semnarea contractului până la 31.12.2025 cu posibilitatea prelungirii încă 4 luni în anul 2026.

Specificatiile tehnice trebuie respectate de către prestator, în timpul operațiilor de întreținere, revizie și/sau reparare.

Ele se referă la nivelul calitativ, tehnic, de performanță, siguranță în exploatare, ambalare, etichetare, marcare, instrucțiuni de utilizare ale aparatelor, precum și sisteme de asigurare a calității și condiții pentru certificarea conformității.

Cele doua revizii, se vor face în lunile octombrie 2025 si aprilie 2026.

5. RECEPȚIA ȘI PLATA PRESTAȚIILOR

Recepția serviciilor se va face pe bază de “ Proces verbal de recepție” a serviciilor prestate, semnat de reprezentanții beneficiarului și contractantului;



6. PROPUNEREA FINANCIARĂ

Oferta financiară va fi prezentată conform **Formulelor nr. 2 și 3** din secțiunea formulare.

7. PLATA SERVICIILOR

Plata se va efectua cu OP, în termen de maxim 30 zile de la prestarea serviciilor și semnarea de ambele părți a procesului verbal de recepție a acestora, în contul din trezorerie al prestatorului.

8. CONDIȚII IMPUSE PENTRU SECURITATEA ȘI SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ ȘI PROTECȚIA MUNCII

Prestatorul trebuie să respecte cerințele legale de securitate și sănătate în muncă respectiv de protecție a mediului prevăzute de legislația în vigoare aplicabilă, fiind direct responsabil de consecințele nerespectării acestei legislații.

9. PREVEDERI CONTRACTUALE

Nu se acceptă actualizarea prețului contractului.

NOTĂ: Orice referire din cuprinsul prezentei documentații de atribuire prin care se indică un anumit producător, o anumită origine, un anumit procedeu, mărci, licențe de fabricație, calificare profesională, brevete, tipuri, standarde naționale, standarde europene, origine sau o producție specifică, sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a caracteristicii solicitate și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse/servicii/lucrări. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea „echivalent” în sensul prevederilor art.156 din Legea nr:98/2016.

Răspunderea pentru conținutul caietului de sarcini (specificațiile tehnice) aparține persoanei din departamentul/compartimentul autorității contractante ce procedează la întocmirea /completarea/actualizarea acestuia, pe baza necesităților asumate de compartimentul respectiv.

Întocmit,

Ing. Mănăilă Virgil



FORMULARE

Formularul – 1 Declarație privind neîncadrarea în situații potențial generatoare de conflict de interese

Formularul – 2 Formular de ofertă (propunerea financiară) pentru atribuirea contractului

Formularul – 3 Centralizator de prețuri

Formularul – 4 Propunere tehnică pentru atribuirea contractului

Formularul – 5 Declarație privind sănătatea și securitatea în muncă

Declarație privind neîncadrarea în situații potențial generatoare de conflict de interese

Subsemnatul(a)..... (denumirea, numele operatorului economic), în calitate de ofertant / ofertant asociat / subcontractant /terț susținător la procedura de (se menționează procedura) pentru atribuirea acordului cadru de achiziție publică având ca obiect (denumire serviciu și codul CPV), la data de (zi/lună/an), organizată de Universitatea Dunărea de Jos din Galați, declar pe proprie răspundere că nu mă aflu în următoarele situații care ar putea duce la apariția unui conflict de interese:

a) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a persoanelor care dețin părți sociale, părți de interes, acțiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanți/candidați, terți susținători sau subcontractanți propuși ori a persoanelor care fac parte din consiliul de administrație/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanți/candidați, terți susținători ori subcontractanți propuși;

b) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a unei persoane care este soț/soție, rudă sau afîn, până la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac parte din consiliul de administrație/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanți/candidați, terți susținători ori subcontractanți propuși;

c) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a unei persoane despre care se constată sau cu privire la care există indicii rezonabile/informații concrete că poate avea, direct ori indirect, un interes personal, financiar, economic sau de altă natură, ori se află într-o altă situație de natură să îi afecteze independența și imparțialitatea pe parcursul procesului de evaluare;

d) situația în care ofertantul individual/ofertantul asociat/candidatul/subcontractantul propus/terțul susținător are drept membri în cadrul consiliului de administrație/organului de conducere sau de supervizare și/sau are acționari ori asociați semnificativi persoane care sunt soț/soție, rudă sau afîn până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul autorității contractante sau al furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire;

e) situația în care ofertantul/candidatul a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soț/soție, rudă sau afîn până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul autorității contractante sau al furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire.

În sensul dispozițiilor de la lit. d), prin acționar sau asociat semnificativ se înțelege persoana care exercită drepturi aferente unor acțiuni care, cumulate, reprezintă cel puțin 10% din capitalul social sau îi conferă deținătorului cel puțin 10% din totalul drepturilor de vot în adunarea generală.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

Înțeleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.

Anexat este lista acționarilor/asociaților /membriilor consiliului de administrație/organ de conducere sau de supervizare / persoane împuternicite din cadrul Universității "Dunărea de Jos" din Galați

Nr. Crt.	Numele și Prenumele	Funcția în cadrul ofertantului
1	Prof. univ. dr. ing. habil. Marian BARBU	Rector
2	Prof. univ. dr. ing. Elena MEREUȚĂ	Prorector responsabil cu activitatea didactică și asigurarea calității
3	Prof. univ. dr. Adrian MICU	Prorector responsabil cu cercetarea, dezvoltarea, inovarea, relațiile interuniversitare și mediul de afaceri
4	Conf. univ. dr. ing. Ștefan BALȚĂ	Prorector responsabil cu parteneriatul cu studenții și accesare fonduri europene
5	Prof. univ. dr. Arthur Viorel TULUȘ	Prorector responsabil cu internaționalizarea, relațiile publice și parteneriatul cu mediul socio-cultural
6	Prof. dr. ing. habil. Daniela Laura BURUIANĂ	Prorector
7	Prof. dr. ing. Eugen-Victor-Cristian RUSU	Director C.S.U.D.
8	Carmen-Gabriela ȘIRBU	Director Interimar General Administrativ
9	Dănuț LEFTER	Director Interimar General Adjunct Administrativ
10	Costică COȘTOI	Director, Direcția legislație, resurse umane și salarizare
11	Aurelia-Daniela MODIGA	Director Interimar - Direcția Economică
12	Marian DĂNĂILĂ	Director Interimar, Direcția Achiziții Publice și Tehnic
13	Mariana BĂLBĂRĂU	Șef interimar, Serviciul Financiar
14	Alina-Genoveva MAZURU	Șef Interimar, Serviciul Contabilitate
15	Adrian DUMITRAȘCU	Consilier juridic

16	Elena-Marinela OPREA	Consilier juridic
17	Andreea ALEXA	Consilier juridic
18	Maria – Cristiana COROIU	Consilier juridic
19	Margareta DĂNĂILĂ	Administrator financiar
20	Neculai SAVA	Administrator financiar
21	Lorena Gina LUPAȘCU	Administrator financiar
22	Camelia LUNGU	Administrator financiar
23	Mihai Aurelian IRIMIA	Administrator financiar
24	Cristinel OANĂ	Administrator de patrimoniu
25	Daniel Andrei IORDAN	Director Centrul Universitare de Fizio-Kinetoterapie si Recuperare Medicală
26	Elena Cristina GHIBU	Kinetoterapeut
27	Alina Maria STAN	Kinetoterapeut
28	Elena GHENCEA	Administrator de patrimoniu

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului

Numele și prenumele semnatarului

Capacitate de semnătura

Detalii despre ofertant

Numele ofertantului

Țara de reședință

Adresa

Adresa de corespondență (dacă este diferită)

Adresa de e-mail

Telefon / Fax

Data

OFERTANTUL

(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTA

Catre
(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

Domnilor,

1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului _____, (denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, în conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse în documentatia mai sus mentionata, să prestăm „.....” pentru suma de _____ lei, (suma în litere si în cifre) la care se adauga taxa pe valoarea adaugata în valoare de _____ lei (suma în litere si în cifre)

2. Ne angajam ca, în cazul în care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa începem serviciile si sa terminam prestarea acestora în conformitate cu specificatiile din caietul de sarcini în _____ (perioada în litere si în cifre).

3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de _____ zile, respectiv pana la data de _____ (durata în litere si în cifre) (ziua/luna/anul) si ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pana la încheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, împreuna cu comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor constitui un contract angajant între noi.

5. Înțelegem ca nu suntem obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta oferta pe care o puteti primi.

Data ____/____/____

_____, în calitate de _____, legal autorizat sa semnez
(semnatura)

oferta pentru si în numele _____
(denumirea/numele ofertantului)

Operator Economic

.....
(denumirea)

CENTRALIZATOR DE PREȚURI

NR. CRT.	Denumirea serviciului	UM	Număr echipamente	Număr revizii	Pret unitar RON fara TVA	Pret total RON fara TVA	Taxa pe valoare adaugata RON
0	1	2	3	4	5	6=3*4*5	7=6*19%/0%
1	Servicii de verificare, mentenanță și reparare a aparatelor din cadrul Centrului Universitar de Fizio-kinetoterapie și recuperare medicală” din sediul str.Gării nr.61-63	serv	65	2			
2	Reparatii accidentale si piese de schimb pentru aparatele de fizioterapie/kinetoterapie	serv	-	-	5042	5042	957.98/0
	TOTAL						

Suma aferentă de la punctul 2 nu se va modifica. Aceste cheltuieli reprezintă sume maxime fixe estimate și stabilite de către autoritatea contractantă și vor fi accesate numai în cazurile menționate în cadrul caietului de sarcini.

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului

Numele și prenumele semnatarului

Capacitate de semnătura

Detalii despre ofertant

Numele ofertantului

Țara de reședință

Adresa

Adresa de corespondență (dacă este diferită)

Adresa de e-mail

Telefon / Fax

Data

OFERTANTUL

(denumirea/numele)

PROPUNERE TEHNICA

NR. CRT.	CERINȚE AUTORITATE CONTRACTANTĂ				OFERTĂ CONTRACTANT
1	Aparatura din cadrul unității, din sălile de recuperare, se regăsește în tabelele următoare :				
	LISTA INVENTAR A018				
	Nr.crt	Denumire	Nr.inventar	Nr.buc	Verificare, întreținere și mentenanță
	1.	Aparat terapie Shockwave (Aparat shockwave CHATTANOOGA)	351509	1	Verificare aparatură; Înlocuire kit balistic în funcție de caz. Testare parametric și măsurare cu Echipament de măsură și monitorizare avizat. Verificare electrosecuritate.
	2.	Aparat limfomasaj (BOA2 Max)	20943	1	Verificare aparatură;
	3.	Sistem tracțiuni cu accesorii (Bobath Chinesport)	20616	1	Verificare aparatură; Testare parametric și măsurare cu Echipament de măsură și monitorizare avizat. Verificare electrosecuritate.
	4.	Aparat pentru crioterapie	20946	1	Verificare aparatură;
5.	Canapea electrică EASY 1 motor cu spatar rabatabil	20965	1	Verificare aparatură; Curățare completă mecanică: - cârpă; - soluție de curățare; Testare parametric și măsurare cu Echipament de măsură și	

				monitorizare avizat. Verificare electrosecuritate.
6.	Unitate laserterapie, POLARIS HP S	353538	1	Verificare aparatură;
7.	Combin terapie PHYSIOGO 300A	353540	1	Verificare aparatură;
8.	Aparat Electroterapie I- TECH PHYSIO	y352325194	1	Verificare aparatură;
9.	Aparat Terapie cu DEEP OSCILATION	20955	1	Verificare aparatură;

LISTA DE INVENTAR A019

Nr.crt	Denumire	Nr.inventar	Nr.buc	Verificare, întreținere și mentenanță
1.	Aparat recuperare picior (RIMEC FISIOTEK 2000T)	20615	1	Verificare aparatură; Înlocuire kit balistic în funcție de caz. Testare parametric și măsurare cu Echipament de măsură și monitorizare avizat. Verificare electrosecuritate.
2.	Sistem pentru deplasarea si posturare pentru persoane invalide 63-93 cm	20619	1	Verificare aparatură; Curățare completă mecanică
3.	Sistem pentru deplasare si posturare pentru persoane invalide 85-110 cm	20620	1	Verificare aparatură; Curățare completă mecanică
4.	Aparat multifunctional Horizon Torus 3	20953	1	Verificare aparatură; Curățare completă mecanică: - cârpă; - soluție de curățare; - verificare rulmenți, unși cu ulei sau îndepărtat uleiul dacă este prelins pe lângă.
5.	Canapea electrică EASY	20964	1	Verificare aparatură;

	1 motor cu spatar rabatabil			Curățare completă mecanică: - cârpă; - soluție de curățare; Testare parametric și măsurare cu Echipament de măsură și monitorizare avizat. Verificare electrosecuritate.
6.	Canapea electrică EASY 1 motor cu spatar rabatabil	20966	1	Verificare aparatură; Curățare completă mecanică: - cârpă; - soluție de curățare; Testare parametric și măsurare cu Echipament de măsură și monitorizare avizat. Verificare electrosecuritate.
7.	Bicicleta Hammer CleverFold RC5, franare magnetica, volanta 8 kg	y9007082	3	Verificare aparatură; Curățare completă mecanică: - cârpă; - soluție de curățare; Testare parametric și măsurare cu Echipament de măsură și monitorizare avizat. Verificare electrosecuritate.

LISTA DE INVENTAR A020
LISTA INVENTAR SALA FORTA-FITNESS

Nr.crt	Denumire	Nr.inventar	Nr.buc	Verificare, întreținere și mentenanță
1.	Aparat fesieri (adductie/abductie)	350712	1	Verificare aparatură; Curățare completă mecanică: - cârpă; - soluție de curățare; - verificare rulmenți, unși cu

				ulei sau îndepărtat uleiul dacă este prelins pe lângă.
2.	Aparat flexii picioare din culcat	350705	1	Verificare aparatură; Curățare completă mecanică: - cârpă; - soluție de curățare; - verificare rulmenți, unși cu ulei sau îndepărtat uleiul dacă este prelins pe lângă.
3.	Aparat gambe	350710	1	Verificare aparatură; Curățare completă mecanică: - cârpă; - soluție de curățare; - verificare rulmenți, unși cu ulei sau îndepărtat uleiul dacă este prelins pe lângă.
4.	Aparat impins orizontal combinat a20	350707	1	Verificare aparatură; Curățare completă mecanică: - cârpă; - soluție de curățare; - verificare rulmenți, unși cu ulei sau îndepărtat uleiul dacă este prelins pe lângă.
5.	Aparat impins vertical combinat a21	350708	1	Verificare aparatură; Curățare completă mecanică: - cârpă; - soluție de curățare; - verificare rulmenți, unși cu ulei sau îndepărtat uleiul dacă este prelins pe lângă.

6.	Aparat tractiuni și flotari la paralele	350706	1	Verificare aparatură; Curățare completă mecanică: - cârpă; - soluție de curățare; - verificare rulmenți, unși cu ulei sau îndepărtat uleiul dacă este prelins pe lângă.
7.	Aparat triceps	350709	1	Verificare aparatură; Curățare completă mecanică: - cârpă; - soluție de curățare; - verificare rulmenți, unși cu ulei sau îndepărtat uleiul dacă este prelins pe lângă.
8.	Banca pt.împins din culcat orizontal	OI 350716	2	Verificare aparatură; Curățare completă mecanică: - cârpă; - soluție de curățare; - verificare rulmenți, unși cu ulei sau îndepărtat uleiul dacă este prelins pe lângă.
9.	Banca pt.împins vertical	OI 350718	2	Verificare aparatură; Curățare completă mecanică: - cârpă; - soluție de curățare; - verificare rulmenți, unși cu ulei sau îndepărtat uleiul dacă este prelins pe lângă.
10.	Cadru pt.împins independ.cu suport	350715	1	Verificare aparatură;

				Curățare completă mecanică: - cârpă; - soluție de curățare; - verificare rulmenți, unși cu ulei sau îndepărtat uleiul dacă este prelins pe lângă.
11.	Presa pt.picioare la 45	350711	1	Verificare aparatură; Curățare completă mecanică: - cârpă; - soluție de curățare; - verificare rulmenți, unși cu ulei sau îndepărtat uleiul dacă este prelins pe lângă.
12.	Suport abdomen inf. flotari la paralele	OI 350713	2	Verificare aparatură; Curățare completă mecanică: - cârpă; - soluție de curățare; - verificare rulmenți, unși cu ulei sau îndepărtat uleiul dacă este prelins pe lângă.
14.	Banda de alergare (KETTLER)	20944	1	Verificare aparatură; Curățare completă mecanică: - cârpă; - soluție de curățare; Testare parametric și măsurare cu Echipament de măsură și monitorizare avizat. Verificare electrosecuritate.
15.	Bandă de alergare (KETTLER)	20945	1	Verificare aparatură;

				Curățare completă mecanică: - cârpă; - soluție de curățare; Testare parametric și măsurare cu Echipament de măsură și monitorizare avizat. Verificare electrosecuritate.																									
LISTA DE INVENTAR HOL FITNESS <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nr.crt</th><th>Denumire</th><th>Nr.inventar</th><th>Nr.buc</th><th>Verificare, întreținere și mentenanță</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td><td>Placa vibranta pt recuperare medicala/ wellness/sp. (Fitvib ExcelPro)</td><td>351430</td><td>1</td><td>Verificare aparatură; Curățare completă mecanică: - cârpă; - soluție de curățare; Testare parametric și măsurare cu Echipament de măsură și monitorizare avizat. Verificare electrosecuritate.</td></tr> <tr> <td>2.</td><td>Bicicleta verticala Cycle P Kettler</td><td>b584</td><td>2</td><td>Verificare aparatură; Curățare completă mecanică: - cârpă; - soluție de curățare; Testare parametric și măsurare cu Echipament de măsură și monitorizare avizat. Verificare electrosecuritate.</td></tr> <tr> <td>3.</td><td>Bicicleta verticala Cycle P Kettler</td><td>b585</td><td>1</td><td>Verificare aparatură; Curățare completă mecanică: - cârpă; - soluție de curățare; Testare parametric și măsurare cu Echipament de măsură și monitorizare avizat. Verificare electrosecuritate.</td></tr> <tr> <td>4.</td><td>Bicicleta orizontala Techfit R410</td><td>b724</td><td>2</td><td>Verificare aparatură; Curățare completă mecanică:</td></tr> </tbody> </table>					Nr.crt	Denumire	Nr.inventar	Nr.buc	Verificare, întreținere și mentenanță	1.	Placa vibranta pt recuperare medicala/ wellness/sp. (Fitvib ExcelPro)	351430	1	Verificare aparatură; Curățare completă mecanică: - cârpă; - soluție de curățare; Testare parametric și măsurare cu Echipament de măsură și monitorizare avizat. Verificare electrosecuritate.	2.	Bicicleta verticala Cycle P Kettler	b584	2	Verificare aparatură; Curățare completă mecanică: - cârpă; - soluție de curățare; Testare parametric și măsurare cu Echipament de măsură și monitorizare avizat. Verificare electrosecuritate.	3.	Bicicleta verticala Cycle P Kettler	b585	1	Verificare aparatură; Curățare completă mecanică: - cârpă; - soluție de curățare; Testare parametric și măsurare cu Echipament de măsură și monitorizare avizat. Verificare electrosecuritate.	4.	Bicicleta orizontala Techfit R410	b724	2	Verificare aparatură; Curățare completă mecanică:
Nr.crt	Denumire	Nr.inventar	Nr.buc	Verificare, întreținere și mentenanță																									
1.	Placa vibranta pt recuperare medicala/ wellness/sp. (Fitvib ExcelPro)	351430	1	Verificare aparatură; Curățare completă mecanică: - cârpă; - soluție de curățare; Testare parametric și măsurare cu Echipament de măsură și monitorizare avizat. Verificare electrosecuritate.																									
2.	Bicicleta verticala Cycle P Kettler	b584	2	Verificare aparatură; Curățare completă mecanică: - cârpă; - soluție de curățare; Testare parametric și măsurare cu Echipament de măsură și monitorizare avizat. Verificare electrosecuritate.																									
3.	Bicicleta verticala Cycle P Kettler	b585	1	Verificare aparatură; Curățare completă mecanică: - cârpă; - soluție de curățare; Testare parametric și măsurare cu Echipament de măsură și monitorizare avizat. Verificare electrosecuritate.																									
4.	Bicicleta orizontala Techfit R410	b724	2	Verificare aparatură; Curățare completă mecanică:																									

				- cârpă; - soluție de curățare; Testare parametric și măsurare cu Echipament de măsură și monitorizare avizat. Verificare electrosecuritate.
5.	Bicicleta Hammer CleverFold RC5, franare magnetica, volanta 8 kg	y9007082	3	Verificare aparatură; Curățare completă mecanică: - cârpă; - soluție de curățare; Testare parametric și măsurare cu Echipament de măsură și monitorizare avizat. Verificare electrosecuritate.
6.	Aparat pentru vâslit canotaj sport Incepatori Intermediari Avansati Experti RW2000	y9007963	1	Verificare aparatură; Curățare completă mecanică: - cârpă; - soluție de curățare; Testare parametric și măsurare cu Echipament de măsură și monitorizare avizat.
7.	Bicicleta pentru fitness recuperare sport exercitii Zipro Vision	y9007964	2	Verificare aparatură; Curățare completă mecanică: - cârpă; - soluție de curățare; Testare parametric și măsurare cu Echipament de măsură și monitorizare avizat. Verificare electrosecuritate.
8.	Aparat de vâslit HMS ZP6591 cu rezistenta pe baza	y9007440	1	Verificare aparatură; Curățare completă mecanică: - cârpă; - soluție de curățare; Testare parametric și măsurare cu Echipament de măsură și monitorizare avizat.
9.	BICICLETA ELIPTICA	y9007156	2	Verificare aparatură; Curățare completă mecanică: - cârpă; - soluție de curățare;

				Testare parametric și măsurare cu Echipament de măsură și monitorizare avizat.
--	--	--	--	--

LISTA DE INVENTAR SALA DE EVALUARE

Nr.crt	Denumire	Nr.inventar	Nr. buc	Verificare și mentenanță
1.	Aparat bioimpedanta corporala (In Body 720)	351429	1	Verificare aparatură;
2.	Platform baropodometric, FreeMed (180x50 cm)	353535	1	Verificare aparatură;
3.	Podoscop 3D	353542	1	Verificare aparatură;
4.	Negatoscop slim simplu	y9007382	1	Verificare aparatură;
5.	Camera HD, usb, cu trepid	c1464	1	Verificare aparatură

LISTA DE INVENTAR SALA MASAJ

Nr.crt	Denumire	Nr.inventar	Nr. buc	Verificare, întreținere și mentenanță
1.	Masa tratament (Huntleigh HEALTHCARE)	64743	1	Verificare aparatură; Testare parametric și măsurare cu Echipament de măsură și monitorizare avizat. Verificare electrosecuritate.
2.	Masa tratament (Huntleigh HEALTHCARE)	64744	1	Verificare aparatură; Testare parametric și măsurare cu Echipament de măsură și monitorizare avizat. Verificare electrosecuritate.
3.	Masa tratament (Huntleigh HEALTHCARE)	64737	1	Verificare aparatură; Testare parametric și măsurare cu Echipament de măsură și monitorizare avizat.

				Verificare electrosecuritate.
4.	Masa masaj 68x195 cm (MedicalStar CHINESPORT)	351503	1	Verificare aparatură; Înlocuire kit balistic în funcție de caz. Testare parametric și măsurare cu Echipament de măsură și monitorizare avizat. Verificare electrosecuritate.
5.	Masa masaj 68x195 cm (MedicalStar CHINESPORT)	351504	1	Verificare aparatură; Testare parametric și măsurare cu Echipament de măsură și monitorizare avizat. Verificare electrosecuritate.

LISTA INVENTAR HOL FIZIO

Nr.crt	Denumire	Nr.inventar	Nr.buc	Verificare, întreținere și mentenanță
1.	Aparat adductor și abductor	20971	1	Verificare aparatură; Curățare completă mecanică: - cârpă; - soluție de curățare; - verificare rulmenți, unși cu ulei sau îndepărtat uleiul dacă este prelins pe lângă.
2.	Aparat extensii picioare dublu independent	20969	1	Verificare aparatură; Curățare completă mecanică: - cârpă; - soluție de curățare; - verificare rulmenți, unși cu ulei sau îndepărtat uleiul dacă este prelins pe lângă.
3.	Aparat flexii picioare din culcat	20970	1	Verificare aparatură; Curățare completă mecanică: - cârpă; - soluție de curățare;

				- verificare rulmenți, unși cu ulei sau îndepărtat uleiul dacă este prelins pe lângă.	
	4.	Unitate magnetoterapie cu doua canale, PhysioMG 827	353539	1	Verificare aparatură;
	5.	Aparat de recuperare mana cu accesorii (RIMEC FISIOTEK HP2)	20614	1	Verificare aparatură; Înlocuire kit balistic în funcție de caz. Testare parametric și măsurare cu Echipament de măsură și monitorizare avizat. Verificare electrosecuritate.
	TOTAL 65 APARATE				
2	<i>Prestatorul trebuie să execute serviciile de verificare, mentenanță și reparare, conform instrucțiunilor date de producător în documentația tehnică a aparatelor .</i> Aceste servicii,conform tabelelor de mai sus, constau în funcție de caz, în: -înlocuire kit balistic, pentru anumite tipuri de aparate, -folosirea unui „Echipament de măsurare și monitorizare” avizat, pentru testarea anumitor parametri, -verificare electrosecuritate, -curățare completă, mecanică cu cârpă și soluție de curățare, -verificarea funcționării rulmenților, ungerea acestora și îndepărtarea petelor de ulei și/sau de vasilină, -înlocuirea oricărui element fisurat, distrus, sau lipsă din aparatură. Serviciile de verificare, mentenanță și reparare a echipamentelor, vor fi în conformitate cu Ordinul nr. 308/2015 privind controlul prin verificare periodică a dispozitivelor medicale puse în funcțiune și aflate în utilizare. Necesarul de servicii include <u>două revizii pentru verificare și mentenanță</u> tuturor aparatelor din cadrul centrului, <u>maximum 3 intervenții de urgență în maxim 72 de ore, gratuite, pe perioada a 12 luni</u> de contract. Pentru aceasta, se va întocmi un grafic de lucrări cu datele de lucru. Serviciile se efectuează de către personal specializat . Prestatorul răspunde pentru calitatea serviciilor prestate, persoana juridică achizitoare fiind în drept să solicite prestarea gratuită a serviciilor efectuate necorespunzător. Dacă beneficiarul a constatat că în mod repetat contractantul nu respectă condițiile standardelor de calitate a serviciilor oferite, precum și în situația nerespectării graficului stabilit, de prestare a serviciilor, contractul de achiziție poate fi reziliat unilateral la inițiativa autorității contractante. Intervențiile ce includ înlocuiri de piese si subansamble, se vor efectua dupa ce prestatorul va prezenta autorității contractante, un raport de service ce va menționa piesele defecte și valoarea înlocuirii acestora. Serviciul se va executa de către prestator, după primirea comenzii ferme din partea autorității contractante.				

	Piese de schimb se asigură de către prestator, urmând a fi facturate separat de valoarea contractului de service, <u>la prețul de achiziție al acestora</u>. Fiecare intervenție la aparat va fi urmată de eliberarea unui raport de service, vizat și de beneficiar. Activitatea de service și reparare se va desfășura la sediul autorității contractante. Facturile emise vor avea atașate obligatoriu rapoartele de service eliberate pe fiecare aparat în care se vor specifica lucrările efectuate și piesele de schimb montate pe aparat (dacă este cazul). Specificăm faptul că pentru perioada 2025-2026, există disponibili 5042 lei fără TVA, pentru reparații accidentale, conform referatului aprobat în anul 2024. Această sumă reprezintă contravaloarea pieselor de schimb și a manoperei aferente și nu se va modifica. Aceste cheltuieli reprezintă sume maxime fixe estimate și stabilite de către autoritatea contractantă și vor fi accesate numai în cazurile menționate în cadrul caietului de sarcini.	
3	TERMENE DE EXECUȚIE ȘI CALITATE Serviciile de verificare și mentenanță a aparatelor din cadrul Centrului Universitar de Fizio-kinetoterapie și recuperare medicală din sediul str. Gării nr. 61-63, vor fi prestate conform detaliilor din tabelele de la pct. 3, în perioada: de la semnarea contractului până la 31.12.2025 cu posibilitatea prelungirii încă 4 luni în anul 2026. Specificațiile tehnice trebuie respectate de către prestator, în timpul operațiilor de întreținere, revizie și/sau reparare. Ele se referă la nivelul calitativ, tehnic, de performanță, siguranță în exploatare, ambalare, etichetare, marcare, instrucțiuni de utilizare ale aparatelor, precum și sisteme de asigurare a calității și condiții pentru certificarea conformității. <u>Cele două revizii, se vor face în lunile octombrie 2025 și aprilie 2026.</u>	

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului

.....

Numele și prenumele semnatarului

.....

Capacitate de semnătură

.....

Detalii despre ofertant

Numele ofertantului

.....

Țara de reședință

.....

Adresa

.....

Adresa de corespondență (dacă este diferită)

.....

Adresa de e-mail

.....

Telefon / Fax

.....

Data

.....

DECLARATIE PRIVIND SANATATEA SI SECURITATEA ÎN MUNCA

Subsemnatul (nume si prenume), reprezentant imputernicit al (denumirea operatorului economic), declar pe propria raspundere ca ma angajez sa pretez „.....” pe parcursul indeplinirii contractului, in conformitate cu regulile obligatorii referitoare la conditiile de munca si de protectie a muncii, care sunt in vigoare in Romania.

De asemenea, declar pe propria raspundere ca la elaborare ofertei am tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile de munca si de protectie a muncii, si am inclus costul pentru indeplinirea acestor obligatii.

Totodată, declar ca am luat la cunoștință de prevederile art 326 « Falsul în Declarații » din Codul Penal referitor la « Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcuta unui organ sau instituții de stat ori unei alte unități în vederea producerii unei consecințe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declarația făcută servește pentru producerea acelei consecințe, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda »

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului

Numele și prenumele semnatarului

Capacitate de semnătura

Detalii despre ofertant

Numele ofertantului

Țara de reședință

Adresa

Adresa de corespondență (dacă este diferită)

Adresa de e-mail

Telefon / Fax

Data